

OMS-Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

OG-4467CU0203

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Smart-Metering Komponenten <i>smart metering components</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Maddalena S.p.A Via G.B. Maddalena, 2/4, I-33040 Povoletto (UD)
Vertreiber <i>distributor</i>	Maddalena S.p.A Via G.B. Maddalena, 2/4, I-33040 Povoletto (UD)
Produktart <i>product category</i>	OMS-Komponenten: Drahtloser M-Bus (4467)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	OMS-Schnittstelle für einen Wasserzähler
Modell <i>model</i>	radio EVO
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 19/081/4467/439 vom 15.05.2019 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW G 5484 (01.09.2016) DVGW CERT ZP 4400 (13.12.2017)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.05.2024 / 19-0351-GOE

700216-04-A-DE

10.07.2019 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
radio EVO	OMS-Schnittstelle: C1 Protokoll: M-Bus Sendefrequenz: 868,95 MHz	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Der Zähler und das Messwerk waren nicht Bestandteil der Baumusterprüfung.

Die Prüfung bezieht sich alleine auf die Baumusterprüfung des M-Bus nach: OMS-Conformance Test Volume 1-4.

Gerätetyp: 07

Verschlüsselungsmodus: 5

Übertragungsintervall: 120s

Installationstelegramm: ja

Statisches Telegramm: nein

Kompaktes Lastprofil: nein

Leistungsklasse: HT

Temperaturbereich: -10°C ... +55°C

Stromversorgung: Batterie

R&TTE-Zulassung: Prüfbericht R18188801, vom 25.02.2019 (CMC Centro Misure Compatibilit  S.r.l., Thiene, Italy)

DVCA